

入札公告

下記のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6及び新潟市契約規則（昭和59年新潟市規則第24号）第8条の規定に基づき公告します。

平成29年6月13日

新潟市長 篠田 昭

1 入札に付する事項

(1) 品名	高規格救急自動車（救急用資器材）その2
(2) 品質・規格・数量など	仕様書のとおり 1式
(3) 契約の条項を示す場所	新潟市財務部契約課
(4) 入札日時・場所	平成29年7月3日午後1時30分 新潟市役所分館4階契約課入札室
(5) 履行期限・履行場所	平成29年12月13日 新潟市秋葉区程島1958番地1 新潟市秋葉消防署
(6) 入札保証金	新潟市契約規則第10条第2号により免除
(7) 入札を無効とする場合	新潟市契約規則第17条第1項の規定に該当するときは無効とし、入札者が談合その他不正な行為をしたと認められる場合はその入札の全部を無効とします。
(8) 入札を中止とする場合	新潟市契約規則第19条の規定に該当する場合のほか、対象の入札参加資格者が少数で、競争性が確保できないと判断される場合は、入札を中止することがあります。
(9) 談合情報等により公正な入札が行われないおそれがあるときの措置	談合情報等により、公正な入札が行われないおそれがあると認められるときは、前項の規定によるほか、抽選により入札者を決定するなどの場合があります。
(10) 契約保証金	新潟市契約規則第33条及び第34条の規定によります。

(1 1) 予定価格	公表しません。
(1 2) 最低制限価格	設けません。
(1 3) 契約締結について議会の議決を要するための仮契約	無

2 入札参加資格の要件

- (1) 新潟市内に本店、支店または営業所があり、かつ、当該本支店等が本市の競争入札参加資格者名簿（物品）に登載されている者
- (2) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者
- (3) 新潟市競争入札参加有資格者指名停止等措置要領の規程の基づく指名停止措置を受けていない者
- (4) 新潟市競争入札参加有資格者指名停止等措置要領での別表2の10（暴力的不法行為）の適用に該当しない者であること。
- (5) 「メンテナンス対応等証明書」（別紙1）、「同等品申請書兼承認書」（別紙2）を提出できるものであること。

3 入札の参加手続

- (1) 一般競争入札参加申請書（別記様式第2号）を2部持参し、申請してください。申請の際には、「メンテナンス対応等証明書」（別紙1）を添付してください。なお、入札参加申請者名は入札終了まで公表しません。
- (2) 提出先 新潟市財務部契約課物品契約係
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1
新潟市役所分館4階
電話 025-226-2213
FAX 025-225-3500
- (3) 入札参加申請期限 平成29年6月26日
- (4) 受付期間 入札公告の日から入札参加申請期限の日の午前9時～午後5時
(土・日・祝日を除く)

4 質疑書の提出について

説明会を開催しませんので、質疑事項がある場合は、下記により、必ず質疑書を提出してください。提出は、入札参加資格要件を満たしている者に限ります。仕様書等に対して質問がある場合（入札に必要な事項に限る）にのみ提出してください。

- ① 様式 別紙様式に準じて作成してください。
- ② 提出期限 平成29年6月21日午後5時まで
- ③ 提出先 新潟市財務部契約課物品契約係

- ④ その他 電話での受付は一切しません。
FAX（025-225-3500）のみの受付となります。
回答は、個別にFAXするほか6月26日までに入札控室に掲示します。
連絡用に返信用FAX番号を記入願います。
質疑書には、正確な番号及び品名を記入願います。

5 入札時の注意事項

- ① 入札時間に遅れた場合は、入札に参加できません。
- ② 代理人が入札する場合は、委任状を提出してください。
- ③ 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額をもって落札者の入札価格とします。入札参加申請者は、消費税にかかる課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載してください。なお、入札金額の訂正は無効とします。
- ④ 入札参加申請後に入札を辞退する場合は、書面で届け出てください。
- ⑤ 入札に参加される人は、入札参加申請者毎に原則1名とします。
- ⑥ 予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札を1回行います。

6 落札者の決定

落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知するとともに速やかに公表します。

ただし、落札者と決定した者が契約締結までの間に指名停止を受けた場合は、落札決定を取り消し、仮契約を締結していた場合は、本契約を締結しないものとします。

別記様式第2号

一般競争入札参加申請書

年 月 日

(あて先) 新潟市長

申請者

郵便番号

所在地

商号又は名称

代表者氏名

印

担当者

(電話番号)

(FAX番号)

下記入札の参加資格要件を満たしており、入札に参加したいので、新潟市物品に関する一般競争入札実施要綱（以下「要綱」という。）第5条第1項の規定により申請します。

記

公告年月日	平成29年6月13日
番号	新潟市公告第290号
品名	高規格救急自動車（救急用資器材）その2

別紙様式

質 疑 書

年 月 日

住 所

商号又は名称

代表者氏名

印

(担当者)

(FAX番号)

1 番 号 新潟市公告第290号

2 品 名 高規格救急自動車(救急用資器材) その2

質 疑 事 項

--

メンテナンス対応等証明書

調達物品名【高規格救急自動車（救急用資器材） その2】

1 部品供給体制

(1) 部品供給の総括窓口及び担当者名

総括窓口

担当者名

電話番号

(2) 競争入札参加希望者との関係

直営・協力（該当するものを「○」で囲む。）

「協力」に該当する場合は、競争入札参加希望者等の契約状況を明らかにする契約書又は代理店証明書の写しを添付すること。

(3) 供給系統（フローチャート図）

(4) 依頼から納品までの所要日数は、2日以内で対応いたします。

2 技術員の派遣体制（メーカーの技術員の派遣体制）

(1) 緊急時の連絡系統

(2) 現地への派遣方法

(3) 現地到着までの所要日数は、2日以内で対応いたします。

上記のとおり証明いたします。

平成 年 月 日

(宛先) 新潟市長

(競争入札参加希望者) 住 所

会 社 名

代表者名

印

同等品申請書兼承認書

調達物品名 高規格救急自動車（救急用資器材） その2

(/ 枚)

No.	品名（材料）	メーカー名・型式	諸元	備考
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

※上記のとおり同等品の認定を申請いたします。

平成 年 月 日

住 所

会 社 名

代表者名

㊞

※上記の申請品を同等品として承認いたします。

平成 年 月 日

新潟市消防局警防課長

㊞

平成29年度

高規格救急自動車仕様書
(救急用資器材)

新潟市消防局

高規格救急自動車仕様書(救急用資器材)

1 目的

この仕様書は、新潟市(以下「当市」という。)が平成29年度に購入する高規格救急自動車に備える救急用資器材について定める。

2 仕様

- (1) 救急用資器材は、高規格救急自動車1台につき高度救命用資器材(別表1)及び応急処置用資器材等(別表2)とする。
- (2) 受注者は、救急車に固定する必要がある資器材については確実に取付けること。

3 納入検査

- (1) 納入検査は当市が指示する日時及び場所で行うものとし、検査の結果不適合又は不合格品と認められるものは、当市の指示する日までに製品又は部品の取替え等を行い、再度検査を受けるものとする。
- (2) 納入の際、納品書を提出すること。
- (3) 納入場所については、新潟市消防局秋葉消防署本署とする。

4 納入期限

平成29年12月13日(水)

5 問題処理

契約後に疑義が生じた場合は、当市とその都度協議するものとし、仕様の変更が必要な場合は、直ちに当市に連絡のうえ指示を受けるものとする。

6 補則

- (1) 納入時までに関開された資器材で、同等性能以上を有するものを備える場合は、当市の指示を受けるものとする。
- (2) 高度救命用資器材及び応急処置用資器材等において、同等以上の性能を有するものを主張する場合は、事前に新潟市消防局警防課に性能資料を提出し、承認を得ること。
- (3) 保証期間は納入後1年とする。ただし、保証期間経過後に設計不良、製作上の欠陥等に起因する事故等が生じた場合は、無償で取替え又は改修を行うものとする。
- (4) 自動体外式除細動器は、7年間、適正な機能を常に発揮できる状態を保持すること。
- (5) 受注者は、納入後、当市の指定した日に各種資器材の取扱い説明及び指導を行うものとする。

別表1 高度救命用資器材

番号	品名	数量	仕様
1	気道確保用資器材	1式	食道閉鎖式エアウェイ ラリングルチューブ LTS 32-05-003J(サイズ 3/黄) 6本 32-05-004J(サイズ 4/赤) 6本 32-05-005J(サイズ 5/紫) 6本 SMU 経鼻エアウェイ サイズ 6.0mm 5本 サイズ 7.0mm 5本 サイズ 8.0mm 5本 バイトブロック AE-20-01-35(L・M・S)各1個 3組
2	気管挿管用資器材	1式	ソフトシールカフ付気管内チューブ 内径 7.0mm 100/199/070(10本/箱) 1箱 内径 7.5mm 100/199/075(10本/箱) 1箱 内径 8.0mm 100/199/080(10本/箱) 1箱 食道挿管検知器(エアウェイチェッカー) 5個 エアウェイチューブホルダー LM-600-10000 成人用 10個 LM-600-20000 小児用 10個 ディスポーザブルスタイレット 気管内チューブサイズ 5.0~8.0mm 用 (10本/箱) 100/120/200 1箱 気管内チューブサイズ 8.5~11.0 mm 用 (10本/箱) 100/120/300 1箱 EMMA救急用カプノメータ 1台 EMMA成人/小児用エアウェイアダプタ(25個/箱) 1箱
3	自動体外式除細動器 (二相波形式)	1式	半自動式除細動器 TEC-2603 1台 記録器 WS-261V 1台 バッテリパック SB-220V 4個 バッテリチャージャ SB-205V 1台 記録紙(10巻) FQW50-2-100 1箱 除細動レポート表示ソフトウェア QP-551V 1個 除細動パッド P-721 10組 ホルターカード(SDメモリカード) 2枚 電極リード線 BR-926P 1本 テストロード AX-250V 1個 訓練用除細動ケーブル JJ-225V 1本 ※救急車に搭載のための金具を含む。

番号	品名	数量	仕様
4	自動式心肺蘇生装置	1式	クローバー3000 Sパッケージ 1式 本体 換気ホース 呼吸弁※単回使用(2個) テストバック バッテリボックス(2個) 酸素供給ホース(スパイラル仕様) ボンベキャリーバック(ブルー) 救急用酸素調整器Oxy Flow300 クローバー3000用ターポリン担架 酸素ボンベ 8ℓ(F610 打刻入り) (ウルトレッサ ALT602J カーボン FRP 製) 1本 クローバー3000用ターポリン担架 1枚
5	傷病者観察モニタ	1式	ベッドサイドモニタ BSM-3562 1台 心電図誘導コード(12誘導) BJ-900P 2本 成人用カフ(標準) YP-703T 予備用 2個 小児用カフ(小) YP-702T 1個 フィンガープローブ TL-201T 1個 マルチプローブ TL-220T 1個 CO2 センサーキット TG-900P(挿管) 1個 エアウェイアダプタ 50個入 YG-101T 1箱 バッテリパック SB-671P 1個 ※救急車に搭載のための金具を含む。

備考 高度救命用資器材において同等以上の性能を有するものを主張する場合は、事前に新潟市消防局警防課に性能資料を提出し、承認を得ること。

別表2 応急処置用資器材等

番号	品名	数量	仕様
1	自動式人工呼吸器	1式	ANSWER Dセット KOM299DS 1式 ディスポ呼吸回路セット(5組) テストバック ジュンロン型酸素供給ホース 電源コード ベンチサポートアーム
2	携帯用人工呼吸器	1式	メデュマット・イージーCPR WMED-6EC 1式 (6年点検パック付) イージー用バッテリー WM28045 1個 LSP減圧弁 ヨーク型 プロテクタ付 1個 ダブルスイベルカテーテルマウント 1箱 モジュラーメディカルオキシゲンバック A-1000 (ブルー) 2個 オキシゲンキャリアバッグ O-100 (ブルー) 1個
3	血中酸素飽和度測定器	1式	オニックス Vantage モデル 9590 1台
4	手動式人工呼吸器	1式	レールダルシリコンレサシテータ 成人用:スタンダードモデル 1式 小児用:コンプリート(カートン) 1式 新生児用:コンプリート(カートン) 1式 LSP フェイスマスク成人用 L サイズ 2個 LSP フェイスマスク成人用 S サイズ 2個 酸素吸入器 ガスサプライバルブ 1台 接続アダプタ レールダルシリコンレサシテータ用 各1個
5	電動式吸引器	1式	レールダル LSU4000 再使用型キャニスター 1台 AC 電源コード付きウォールブラケット 1台 ショルダーストラップ 1本 サイドポーチ 1個 予備のキャニスター(再使用型) 1個 再使用型吸引チューブ 1本 新型キャニスター用エアロゾルフィルター(12個入) 1袋 吸引カテーテルアダプタ(10個入) 1袋 ※救急車に搭載のための金具を含む。

番号	品名	数量	仕様
6	手動式吸引器	1式	エマージェンシーアスピレーター WEA-2 1式
7	喉頭鏡セット	1式	ファイバーオプティック喉頭鏡ハンドル レギュラーサイズ 1本 マッキントッシュ型 MEGARAY ブレード サイズ4 1本 サイズ3 1本 サイズ2 1本 サイズ1 1本 サイズ0 1本
8	マギール鉗子	1組	成人用 BE-11-06-03 1本 小児用 BE-11-06-04 1本
9	止血鉗子	1式	止血鉗子 コッヘル氏(無鉤)14.5cm 1本
10	耐震血圧計	1式	タイコス大型アネロイド血圧計ウォール型(ルアー ロック付き) 1台 フレックスポートリューザブルカフ 2 チューブ送気球 無成人用(中) 1枚 フレックスポートリューザブルカフ 2 チューブ送気球 無小児用(中) 1枚
11	携帯型血圧計	1組	デュラショック血圧計 DS58 ハンド型 ゲージのみ 1台 フレックスポートリューザブルカフ 1チューブ成人用 (大) 1枚 フレックスポートリューザブルカフ カフのみチューブ 無 成人用 (中) 1枚 フレックスポートリューザブルカフ カフのみチューブ 無 小児用 1枚 タイコスダブルジッパーケース(アネロイド血圧計用) 1個
12	聴診器	1式	タイコスハーバーエリート(ダブルチューブ) 1個 ウエルチアレンプロフェッショナル聴診器小児用 (小児用ダブルヘッドケース付) 1個
13	ペンライト	2本	ウエルチアレン社ハロゲンペンライト AE-11-11-08 2本

番号	品名	数量	仕様
14	体温計	1式	テルモ電子体温計 C206 1本 赤外線鼓膜体温計 オムロンコーリン けんおんくんミミ MC-510 1台 専用プローブカバー TYPE J(40枚入) 1箱 スマートサーモ 1台
15	止血帯	1式	井ノ内式 3個 エスマルヒ氏駆血帯 1個
16	保温用具	2枚	レスキューブランケット 2枚
17	平担架	1式	ファーノワシントン社製 モデル12 フォールディングストレッチャー 1台 レストレイント 2ピース 2組 ライフベルトリブ(胴体用3本, 手首用1本) 1式 カマボコ型 枕 1個 ドーナツ型 枕(大, 中, 小) 各1個
18	布担架	1式	新潟仕様(タキゲン肩掛けベルト2個付) 1式
19	スクープストレッチャー	1台	ファーノワシントン社製 スクープエクセル モデル65EXL(ピン付) 1台
20	ロングバックボード	1式	ファーノワシントン社製 ハイテックバックボード モデル2010 1台 コーティングストラップ(3本組)WCS-1 2式 ヘッドイモビライザー モデル445 3式
21	首部固定用副子	1式	パトリオットWPA-9(小児用) 5個 パトリオットWPA-7(成人用) 10個
22	四肢固定用副子	1式	スノースプリントⅡ 特大, 大, 中, 小 各2個 サムスプリントロール型副子 2個
23	減圧式傷病者固定器具	1式	バキュームスプリント モデルAS190 1式
24	剪刀	1式	ゼーゲンレスキューシザー 1個 万能はさみDR-1035-001 1個
25	ファーストエイドバック	1式	トーマストラנסポートバック(M) 1個 トーマストラנסポートバック(S) 1個 ライフサポートバック A-500D(ブルー) 2個

番号	品名	数量	仕様
26	リングカッター	1式	BD 社リングカッター AE-20-11-10 1個 BD 社リングカッター(替え刃) AE-20-11-20 2枚
27	防刃ベスト	3式	アーマージャケット(標準防弾・防刃仕様) 「新潟市消防局」の名入れ 3式
28	メディカルベスト	1式	V-350 M/L レッド 1式 (背面中部用ワッペン, 背面下部用ワッペン 前面用ワッペン付)
29	消毒・滅菌資器材	1式	ヒートシーラーP-300 1台 エルク滅菌バック 7cm幅 1箱 15cm幅 1箱 30cm幅 1箱

備考 応急処置用資器材等において同等以上の性能を有するものを主張する場合は、事前に新潟市消防局警防課に性能資料を提出し、承認を得ること。

【問い合わせ先】

郵便番号 950-1141

新潟市中央区鐘木 257 番地 1

新潟市消防局 警防課装備係

電話番号 025-288-3251 FAX 番号 025-288-3255

E-mail keibo.fb@city.niigata.lg.jp