

# 質 疑 回 答 書

- 1 番号 入札通知番号 2025005941
- 2 品名 液体クロマトグラフ質量分析装置

上記につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項	回 答
<p>(6) 付属品より、ガスボンベ（1500L）用スタンド コリジョンガス用ガスボンベを使用する場合、納品すること。</p> <p>とありますが、ボンベスタンドはアンカー打ちが必要でしょうか。</p> <p>実験台に固定できるものとする、「ボンベ固定器」といった強力な取り付けクランプで机に固定するものがございます。</p> <p>一例として、「63-5520-91 ボンベ固定器 NR-150」こうしたもののご提案でも良いでしょうか。</p> <p>その際、実験台の高さを教えていただけないでしょうか。1500L ボンベは990cm なので実験台に固定できるか確認したいです。800 cm以下の実験台高さでしたら固定できます。</p> <p>または500L ダルマボンベですとアンカーなしでもスタンドを置くことができます。「ボンベスタンド 500×1 本立 太径仕様」上記で検索いただくと一例が出てきます。こちらですと高さを気にせず設置できますがこちらのご用意はいかがでしょうか。</p>	<p>ガスボンベ（1500L）用スタンドについて、アンカー打ちは不要です。</p>